

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

ANKARA ATATÜRK SANATORYUMU EĞİT.VE ARŞ. HASTANESİ .../.../2022

İşin Adı	TIBBİ SARF BİRİMİNE SERUM SETİ ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹ (gerçek kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
(...)* Adresi	
Telefon ve faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin teknik şartname tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere teknik şartname yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, beyan ediyoruz.

2) İşin tamamında ve teknik şartnamede yer alan diğer yükümlülükleri ile birlikte her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç | Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır. | bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Teklif verme son tarih: 21/03/2022 – 24/03/2022 ve saat:10.00

Sıra No	İşin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim fiyat	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	SERUM SETİ	ADET	60000		
TOPLAM					

Adı -SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

Tel: 0312 356 9000-1668

Tel: 0312 356 1668 fax: 0312 356 6900

e-mail: satinalma.agh@gmail.com

SMT3704 SERUM SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Nontoksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı ve Açma kapama klembi ile az miktardaki mayii istenen şekilde verebilmek amacı için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve bu hazne küçük haznelilerde 7(\pm 2)cc, büyük haznelilerde ise 12(\pm 2)cc hacminde olmalıdır. 3. Sağlık Kuruluşunun ihtiyacına göre Işık geçirmeme özelliği olan, sarmaya gerek duyulmayan seçenekleri de bulunmalıdır. (Işıktan korumalı serum seti)
Teknik Özellikleri:	4. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır. 5. Açma kapama klembi olmalıdır. 6. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır. 7. Enjeksiyon portu olmalıdır. 8. Hortum uzunluğu en az 150(\pm 5)cm olmalı ve king yapmamalıdır. 9. Ucu luer veya ajutajkonnektörlü olmalıdır. 10. Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır. 11. Setler iğneli olmalıdır. İğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır. 12. Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır.
Genel Hükümler:	13. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilir şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.

Celal ÜNLÜ
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Hülya ÇAYAN
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Gülşen KAMALI
HENKİRE