

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ .. /.. /....	
İşin Adı	DOĞUM SALONUNA 2 KALEM MALZEME ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹ (gerçek kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
(...)* Adresi	
Telefon ve faks numarası	
<p>1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin teknik şartname tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere teknik şartname yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, beyan ediyoruz.</p> <p>2) İşin tamamını ve teknik şartnamede yer alan diğer yükümlülükleri ile birlikte her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [<i>Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.</i>] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.</p>	

Sıra No	İşin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi (Bakım Adet)	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	NST PROBU ÇOCUK KALP SESİ-ÇKS 1 MHZ	ADET	8		
2	NST PROBU RAHİM KASILMASI-TOCO	ADET	8		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

TEKLİF SON VERME TARİHİ: 28/04/2022

ŞARTNAME : 2 SAYFA

TOCO PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Philips Marka Avalon FM20 Model Fetal Monitör Cihazlarının orijinal aksesuarı olmalıdır.
2. Prob ile uterin aktivitesi ölçülmelidir.
3. Prob yüksek sinyal algılama kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Probun ölçüm aralığı 400 ünite, sinyal aralığı ise 0-127 ünite olmalıdır.

Demet AELDREN
Ebe

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Mengü MUTLU SUTCUOĞLU
Gebelik Uzmanı
Dip.Tes.No:137526

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. S. TARIK FİNCAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.Tes.No:119335/123663

US PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Philips Marka Avalon FM20 Model Fetal Monitör Cihazlarının orijinal aksesuarı olmalıdır.
2. Prob ile fetal kalp atım hızı ölçülmelidir.
3. Prob yüksek sinyal algılama kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Probun ultrason frekansı 1 ile 1.2Mhz arasında, ultrason sinyal aralığı 3.5µVpp ile 350µVpp olmalıdır.

Demet NEDİR

Ebe



T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. **NEZİHA SÜTCÜOĞLU**
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.Tes.No:137326

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. S. **FAHRETTİN KÖRÜKÇÜ**
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.Tes.No:19335/123663